

Участникам тендера № 4586-OD

на закупку расходных материалов для обеспечения
испытательных лабораторий КТК-Р. Рамочный договор.

Уточняющая информация
по Тендеру № 4586-OD

Настоящим направляем уточняющую информацию к пакету тендерной документации по Тендеру № 4586-OD на закупку расходных материалов для обеспечения испытательных лабораторий КТК-Р. Рамочный договор в формате вопрос-ответ:

№ п/п	Номер и наименование позиции по Приложению №2 к тендерной документации	Вопрос Участника	Ответ
1	394_ Смазка Molykote для уплотнения клапана фасовка 50 г	<i>уточните марку смазки</i>	Наименование уточнено: «Смазка Molykote 111 для уплотнения клапана фасовка 50 г.»
2	548, 564_ Картридж с ионитом смешанного действия для высокочистой воды	<i>к какой установке?</i>	Наименование уточнено: «Картридж с ионитом смешанного действия для высокочистой воды МВС-MR 15" к Установке для очистки воды АКВАЛАБ Supreme 18+», ед. изм. - шт.
3	549, 565_ Картридж с ионитом смешанного действия для высокочистой воды	<i>к какой установке?</i>	Наименование уточнено: «Картридж с ионитом смешанного действия для высокочистой воды МВС-UPW 15" к Установке для очистки воды АКВАЛАБ Supreme 18+», ед. изм. - шт.
4	550, 556_ Фильтрующий элемент МФК 020	<i>к какой установке?</i>	Наименование уточнено: «Фильтрующий элемент МФК 020 к Установке для очистки воды АКВАЛАБ Supreme 18+»
5	347_ Ерш для очистки трубки конденсатора	<i>Для какого прибора?</i>	Наименование уточнено: «Ерш С32-21586 для очистки трубки конденсатора ORBIS»
6	571_ Пленка полимерная для анализатора серы СПЕКТРОСКАН SE	<i>Какая толщина?</i>	Наименование уточнено: «Пленка полимерная для анализатора серы СПЕКТРОСКАН SE 3,5 Microns»
7	281_ Корзина Heathrow Scientific	<i>Нужен каталожный номер</i>	Уточнено назначение: Изготовлена из нержавеющей стали марки 304, с дном из проволочной сетки для повышения стабильности. Крепкая. Ручки складываются для удобства хранения.
8	577_ Фильтр дыхания 0,2 мкм	<i>Для какого прибора?</i>	Уточнено: к Установке для очистки воды АКВАЛАБ Supreme 18+
9	345_ Уплотнитель отвода колбы, 10 шт/уп.	<i>Для какого прибора?</i>	Уточнено: С32-21564
10	387_ Образец для настройки КО-D3	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: ООО «НПО «СПЕКТРОН»
11	251_ Набор из 8-ми резиновых прокладок для фильтрования	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Предлагается участником
12	463_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 0 нг/г (матрица), 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-Blank-25
13	464_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 500 нг/г, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	СИМО-0.5-25
14	465_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 750 нг/г, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-0.75-25

15	466_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 1 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-1-25
16	467_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 2 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-2-25
17	468_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 5 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-5-25
18	469_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 8 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-10-25
19	470_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 10 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-25-25
20	471_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 25 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-50-25
21	527_ Эталон для калибровки, содержание хлора в минеральном масле, 50 мг/кг, 25 мл	<i>Производитель, каталожный номер?</i>	Уточнено: СИМО-0.5-25

Просим Вас учесть указанную информацию при подготовке Тендерных предложений.