



Акционерное Общество
Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р

Исх. № Out-L-CPCR- 3497-2020

Дата: 11.06.2020

Участникам тендера № 4176-OD на
Закупку поставку лабораторного
оборудования для ЦР

Тема: Ответы на вопросы тендера №4176-OD

Уважаемые участники тендера!

На основании поступления от участника тендера официального запроса на уточнения по заявленным материалам предоставляем следующие ответы:

№ п/п	Вопрос Участника	Ответ Компании
2	<p><u>PID 56917849- Поз.2 «Весы аналитические»:</u></p> <p>- Возможна ли максимальная нагрузка 120/220?</p> <p>- Являются ли необходимыми параметры из п. 9.11 Опросного листа:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Автоматическая стабилизация температуры внутри весов с помощью электронного термостата Пелтье;2. Наличие съемного поддона для сбора пролитого или рассыпанного вещества под чашкой;3. Наличие функции проверки и тестирования метрологических характеристик весов.	<p><u>Поз.2 «Весы аналитические»:</u></p> <p>- максимальная нагрузка 120/220 возможна;</p> <p>- параметры из п. 9.11 Опросного листа необходимы:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Автоматическая стабилизация температуры внутри весов с помощью электронного термостата Пелтье;2. Наличие съемного поддона для сбора пролитого или рассыпанного вещества под чашкой;3. Наличие функции проверки и тестирования метрологических характеристик весов. <p>При соблюдении всех остальных требований опросного листа.</p>
2.	<p><u>PID 56917851-Поз. 3 Прецизионные весы для высокоточного взвешивания:</u></p> <p>- Возможна ли максимальная нагрузка 1100г?</p>	<p><u>Поз. 3 Прецизионные весы для высокоточного взвешивания:</u></p> <p>- максимальная нагрузка 1100г возможна;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Возможна ли автоматическая калибровка при изменении температуры на 5°C? - Подойдут ли габаритные размеры 130*393*350? 	<ul style="list-style-type: none"> - автоматическая калибровка при изменении температуры на 5°C не возможна; - габаритные размеры 130*393*350 подойдут. При соблюдении всех остальных требований опросного листа.
--	--	---

Просим использовать данную информацию при подготовке технико-коммерческого предложения.



Д.В. Рыжик / D. Ryzhik
 Менеджер по закупкам / Procurement Manager

Подготовила: О.А. Зайкина
 Ведущий специалист по сопровождению контрактов
 Тел.: 7-(495) 966-50-61