



**Акционерное Общество**  
**Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р**

Исх. № Out-L-CPCR-3723-2020  
Дата: 25.06.2020

Участникам тендера №4176-OD  
на поставку лабораторного  
оборудования для ЦР

Тема: ответы на вопросы по тендеру №4176-OD

Уважаемые участники тендера!

На основании полученного от участника тендера официального запроса на уточнение по заявленным материалам предоставляем следующие ответы:

<b>Вопрос участника тендера</b>	<b>Ответ Компании</b>
<p>Поз. 4 Полуавтоматический аппарат для определения давления насыщенных паров по Рейду.</p> <p>1. Просим уточнить назначение позиции: п.4 Пресс пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-6</p> <p>2. Просим предоставить схемы или фото позиций из приложения к Опросному листу №2:</p> <p>- 1.2 Быстроустанавливаемая стойка для двух образцовых манометров (типа МПТИ-УЗ-100,0кПа-0,4-М20х1,5, ц.д0,5) включает: 2 переходника для резьбы М20х1,5, 2 уплотнительные прокладки, 2 соединительных шланга, быстрое соединение, стойка, крепление;</p> <p>- 1.4 Встроенные штуцера для подключения манометров-штуцера манометров (типа МПТИ-УЗ-100,0кПа-0,4-М20х1,5, ц.д0,5);</p>	<p>Поз. 4 Полуавтоматический аппарат для определения давления насыщенных паров по Рейду.</p> <p>1. Назначение позиции 4 Пресс пневматический ручной ЭЛЕМЕР-PRV-6: пресс используется для проверки, регулировки или калибровки датчиков давления аппарата.</p> <p>2. В приложении к данному письму - фото позиций из приложения к Опросному листу №2:</p> <p>- Быстроустанавливаемая стойка для двух образцовых манометров (типа МПТИ-УЗ-100,0кПа-0,4-М20х1,5, ц.д0,5) включает: 2 переходника для резьбы М20х1,5, 2 уплотнительные прокладки, 2 соединительных шланга, быстрое соединение, стойка, крепление, <b>2 фото</b>;</p> <p>- Встроенные штуцера для подключения манометров-штуцера манометров (типа</p>

<p>- 1.8 Заглушка линии давления, диаметр 4 мм диаметр 4 мм – 2 пластиковых заглушки диаметром 4 мм входящие в комплект поставки аппарата;</p> <p>- 1.13 Угловой штуцер с цангой для подключения манометра - фиксация в соответствии размера гибкого шланга давления, диаметр 4 мм.</p>	<p>МПТИ-УЗ-100,0кПа-0,4-М20х1,5, ц.д(0,5), <b>2 фото</b>;</p> <p>- Заглушка линии давления, диаметр 4 мм– 2 пластиковых заглушки диаметром 4 мм входящие в комплект поставки аппарата, <b>1 фото</b>;</p> <p>- Угловой штуцер с цангой для подключения манометра - фиксация в соответствии размера гибкого шланга давления, диаметр 4 мм, <b>1 фото</b>.</p>
---	--

Просим использовать данную информацию при подготовке технико-коммерческого предложения.

Менеджер по закупкам



Д.В. Рыжик

Подготовил: Е.А.Лишаева  
Тел.: +7(495)966-5016