


Ответ по запросу уточнения закупки 0141-Proc-2019^


а) Позиция 3. см. изображение ниже:



п.4 – наработка 360 ч. – не требуется.

Госповерка - требуется

б) Позиция 4. см. фото ниже:



п.4 – наработка 360 ч. – не требуется.

Госповерка - требуется

в) Позиция 21:

1. Присоединение в опросном листе указано: присоединение к процессу male $\frac{1}{2}$ NPT,
присоединение к прибору female $\frac{1}{2}$ NPT.

Вид – см. ниже



2. Материал деталей мембранного разделителя, контактирующих с измеряемой средой:

Мембрана сплав 36НХТЮ

Фланец, штуцер сталь 12Х18Н10Т

3. Информации по диафрагме у завода изготовителя (ОАО «Манотомь») на сайте отсутствует.

Составил: ведущий инженер по КИПиА ЦР Сенченко Ф.Г.

