


Утверждаю:

Менеджер по Э и ТО ЦР

Должность

Грошев В.Н.



подпись

« 14 » апреля 2022 г.

Опросный лист на изделие 1098071

к заявке № 39572 на манометр

№	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
Характеристики				
1.	Тип, марка, модель			
2.	Номинальный диаметр	мм	160	
3.	Класс точности		0,6	
4.	Диапазон шкалы	МПа	10,0	
5.	Принцип измерения		Трубка Бурдона	
6.	Тип давления		Избыточное давление	
7.	Чувствительный к давлению элемент		Нержавеющая сталь	
8.	Механизм		Нержавеющая сталь	
9.	Пылевлагозащита		IP65	
10.	Гидрозаполнение		Глицерин	
11.	Расположение технологического присоединения		Радиальное (снизу)	

12.	Технологическое присоединение (в соответствии с EN 837-1)		G ½ В (M20 x 1,5) наружная резьба	
13.	Документация		Сведения о первичной поверке, Свидетельство об утверждении типа средств измерений, Сертификат соответствия, паспорт, инструкция по эксплуатации	

Примечание: необходимы аналоги манометров WIKA 333.50.160 (регистрационные номера в ФИФ 17159-98, 17159-03, 17159-08, 17159-14) или МТИ-1512-10МПа-0,6 (рег. номера в ФИФ 1844-63, 1844-15).

Инженер по замерам нефти ЦР
Должность


Подпись

Добрынин А.В.
Ф.И.О.

Дата: 14 апреля 2022 г.