


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на Негатоскоп, код MAXIMO 1086513

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1.	Назначение		Для просмотра радиографических снимков	
2.	Размеры просмотрового экрана	мм	100 × 400	
3.	Максимальная яркость свечения экрана	кд/м2	220 × 103 (+10%, -5%)	
4.	Минимальная яркость свечения экрана	кд/м2	4 × 103	
5.	Оптическая плотность радиографических снимков для контроля	Б	до 4,34	
6.	Яркость на освещённой рентгенограмме максимальной плотности, не менее	кд/м2	10	
7.	Время непрерывной работы на яркости 80%	мин	не ограничено	

Ведущий инженер по эксплуатации НГП



Кустадинчев Е.Ю.