

УТВЕРЖДАЮ:

Менеджер по производственной  
медицине  
Департамент по общим вопросам,  
Отдел кадров  
А.В. Авдохин



Подпись

« 13 » 04 2022г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1  
на изделие № 1097085 (алкометр)

№ пп	Наименование технических характеристик, данные	Ед. изм.	Требуемые технические характеристики, данные	Предлагаемые технические характеристики, данные (заполняется конкурсантом)
1	Назначение прибора	-	Определение паров этанол в выдыхаемом воздухе	
2	Режимы работы	-	Активный и пассивный	
3	Тип датчика	-	Электрохимический или фототермический	
4	Диапазон показаний, не менее	Мг/л	0 – 2,0	
5	Минимальный шаг шкалы измерений	Мг/л	Не более 0,005	
6	Время подготовки прибора к работе	Сек.	Не более 25	
7	Время определения результата	Сек.	Не более 15	
8	Внутренняя память, измерений	Шт.	Не менее 300	
9	Мобильный принтер	-	Наличие	
10	Тип связи с мобильным принтером	-	Беспроводной	
11	Подсветка	-	Наличие	
12	Элементы питания	-	Наличие (батарейки или аккумуляторы (с возможностью их подзарядки))	
13	Возможность связи с ПК	-	Наличие	
14	Вес (без принтера)	Кг.	Не более 0,3	
15	Бумага для мобильного принтера	-	Наличие (не менее 2 упаковок)	
16	Диск с ПО и кабель для связи с ПК	-	Наличие	
17	Кейс	-	Наличие	
18	Инструкция по эксплуатации	-	Наличие (на русском языке)	
19	Регистрационное удостоверение	-	Наличие	
20	Паспорт изделия или аналогичный документ	-	Наличие (на русском языке)	
21	Данные о поверке	-	Наличие	
22	Марка, модель (заполняется конкурсантом)			