

Утверждаю
Руководитель группы
региональных служб МТО



Н.Н. Прохоров
«_12_» января 2023г.

Опросный лист к заявке 43980 на изделие 1103977

1103977 - Термогигрометр Testo 608-H1, первичная поверка			
№ п/п	Запрашиваемые данные	Ед. изм.	Технические характеристики, данные
1	Тип		Гидрометр
2	Вид исполнения		Пластиковый корпус (настольный, настенный)
3	Диапазон измерений температуры, С°	С°	-20 ... +50
4	Диапазон измерений влажности, %	%	10 ... 95 ОВ
5	Срок службы		не менее 5 лет
6	Комплектность		Паспорт, инструкция, св-во о поверке
7	Тип элемента питания		батарейка тип "Крона"

Разработал



(подпись)

Молодиченко А.И. «12» января 2022г.

(Ф.И.О.)