

20 апреля 2023 г.

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № на изделие 1025878  
(Заявка 45656)  
ДЛЯ ВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ**

1. Организация (наименование, адрес, телефон/факс, E-mail)

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»,

353900, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал

Тел.: (495) 966-5000, факс: 966-5222

2. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, E-mail)

Заведующий испытательной лабораторией Рева И.А.

Тел.: +7(988)6223538, [Igor.Reva@cpccpipe.ru](mailto:Igor.Reva@cpccpipe.ru)

3. Наименование и географическое место расположения (область, район)

Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал.

4. Назначение закупаемого оборудования: создание условий для проведения испытаний по ГОСТ 6370, Метод определения содержания мех. примесей.

5. Условия эксплуатации: лабораторные, установка по месту.

6. Перечень закупаемого оборудования:

Вакуумная система – 1 шт.;

7. Основные технические и эксплуатационные характеристики охлаждающего термостата

№	Наименование параметра	Значение
1	Устанавливаемое напряжение сети	Однофазное, ~220 В, 50 Гц
2	Уровень шума, дБ не более	45
3	Диапазон окр. темп. (рабочий) гр. С	10 - 40
4	Ном. мощность двигателя	0,25
5	Производитель	РС 201 NT
6	Предельный вакуум (абс.), mbar/torr	1.5 / 1.1
7	Габариты Д x Ш x В (мм)	326 x 243 x 402

8. Необходимость запуска оборудования и обучения персонала: Нет


9. Проведение гарантийного ремонта, наличие сервисных центров в РФ: Да

10. Сопроводительная документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке.

11. Полностью собранная вакуумная система, готова к использованию, с инструкцией по эксплуатации.

Составил:

Заведующий испытательной лабораторией МТ



И.А. Рева