

20 / апреля 2023 г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № на изделие 1010533
Заявка №45656
ДЛЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО (НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО) ТЕРМОСТАТА

1. Организация (наименование, адрес, телефон/факс, E-mail)

Акционерное общество «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р»,
353900, РФ, Краснодарский край, г. Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал
Тел.: (495) 966-5000, факс: 966-5222

2. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон/факс, E-mail)

Заведующий испытательной лабораторией Рева И.А.

Тел.: +7(988)6223538, Igor.Reva@срсpipe.ru

3. Наименование и географическое место расположения (область, район)

Россия, Краснодарский край, г.Новороссийск, территория Приморский округ Морской терминал.

4. Назначение закупаемого оборудования: создание условий для проведения испытаний по ГОСТ 33, Метод определения вязкости.

5. Условия эксплуатации: лабораторные, установка по месту.

6. Перечень закупаемого оборудования:

Охлаждающий (низкотемпературный) термостат – 1 шт.;

7. Основные технические и эксплуатационные характеристики охлаждающего термостата

№	Наименование параметра	Значение
1	Устанавливаемое напряжение сети	Однофазное, ~220 В, 50 Гц
2	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+60
3	Стабильность температуры, °К	+0,05
4	Мощность нагрева, кВт	Не менее 1,1
5	Мощность охлаждения, кВт не менее	При 0°С 0,8
6	Контроллер температур	цифровой светодиодный
7	Объем заполнения ванны, л	2,5-4,5
8	Габариты (ШхГхВ), мм	195х355х410

8. Необходимость запуска оборудования и обучения персонала: Нет

9. Проведение гарантийного ремонта, наличие сервисных центров в РФ: Да

10. Сопроводительная документация: Инструкция по эксплуатации на русском языке.

11. Дополнительные параметры:

- Защита от конденсации

12. В комплект поставки входит:

- ванна нержавеющей сталь и крышка для ванны.

Составил:

Заведующий испытательной лабораторией МТ

И.А. Рева