

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на закупку оборудования

1	Дата создания опросного листа	04.12.2019
2	№ опросного листа	1
3	Заказчик	Испытательная лаборатория НПС Тенгиз АО «КТК-К»
4	Наименование оборудования	Шкаф сушильный
5	Количество	1
6	НД, для которого заказывается оборудование	ГОСТ 11851 «Нефть. Метод определения парафина» ГОСТ 6370 «Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей» МВИ 02-05-08 «Методика выполнения измерений массовой доли парафина в нефти гравиметрическим методом»
7	Объект контроля	Нефть
8	Условия эксплуатации	Лабораторные
9	Параметры и особенности конструкции	
9.1	Рабочий диапазон	(+20...+300) ⁰ С
9.2	Точность настройки температуры	0,1
9.3	Точность поддержания температуры	0,5
9.4	Управление	Панель управления (регулирование температуры, времени, скорости работы вентилятора). -Работа в ручном режиме, работа с таймера. -Двойная защита от перегрева (постоянный электронный мониторинг температуры, ограничитель температуры)
9.5	Габариты (ШхГхВ), мм	585 x 514 x 787
9.6	Размеры камеры(ШхГхВ), мм	400x330x400
9.7	Объем камеры	53 л
10	Особенности конструкции	Материал для внешнего корпуса и внутренней камеры: нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии. Принудительная циркуляция воздуха
11	Пуско-наладочные работы: монтаж и запуск, первичное обучение	Да
12	Проведение гарантийного ремонта, наличие сервисных центров в РК	Да
13	Сопроводительная документация	Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, методика аттестации, Сертификат о метрологической аттестации в РК

Составил:

Заведующий испытательной
лабораторией НПС Тенгиз АО «КТК-К»



Б.Б. Джубаева