

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку оборудования

1	Дата создания опросного листа	04.12.2019
2	№ опросного листа	6
3	Заказчик	Испытательная лаборатория НПС Тенгиз АО «КТК-К»
4	Наименование оборудования	Генератор нулевого воздуха Precision Zero Air 7L
5	Количество	1
6	НД, для которого заказывается оборудование	ГОСТ Р 50802 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов», СТ РК 1473 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов»
7	Объект контроля	Нефть
8	Условия эксплуатации	Лабораторные
9	Параметры и особенности конструкции	
9.1	Тип образующегося газа	Нулевой воздух
9.2	Производительность	7 л/мин
9.3	Чистота газа	<0.05 ppm общего содержания углеводородов
9.4	Максимальное расчетное давление на выходе	5,5 barg 80 psig
9.5	Габариты (ШхГхВ), мм	540 x 260 x 380
9.6	Вес	25.4 кг
10	Комплектность поставки	Генератор нулевого воздуха Precision Zero Air 7L, Комплект обслуживания генератора на 12 месяцев
11	Пуско-наладочные работы: монтаж и запуск, первичное обучение	Да
12	Проведение гарантийного ремонта, наличие сервисных центров в РК	Да
13	Сопроводительная документация	Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах в РК

Составил:

Заведующий испытательной
лабораторией НПС Тенгиз АО «КТК-К»



Б.Б. Джубаева