

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
на закупку оборудования

| | | |
|-----|---|--|
| 1 | Дата создания опросного листа | 04.12.2019 |
| 2 | № опросного листа | 7 |
| 3 | Заказчик | Испытательная лаборатория НПС Тенгиз АО «КТК-К» |
| 4 | Наименование оборудования | Компрессор Precision Air |
| 5 | Количество | 1 |
| 6 | НД, для которого заказывается оборудование | ГОСТ Р 50802 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов», СТ РК 1473 «Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов» |
| 7 | Объект контроля | Нефть |
| 8 | Условия эксплуатации | Лабораторные |
| 9 | Параметры и особенности конструкции | |
| 9.1 | Тип газа | воздух |
| 9.2 | Максимальное расчетное давление на выходе | 8-10 barg 120-145 psig |
| 9.3 | Габариты (ШхГхВ), мм | 380 x 540 x 406 |
| 9.4 | Вес | 42 кг |
| 10 | Комплектность поставки | Компрессор Precision Air, комплект обслуживания компрессора на 12 месяцев |
| 11 | Пуско-наладочные работы: монтаж и запуск, первичное обучение | Да |
| 12 | Проведение гарантийного ремонта, наличие сервисных центров в РК | Да |
| 13 | Сопроводительная документация | Паспорт, инструкция по эксплуатации на русском языке, сертификат соответствия, разрешение на применение на опасных производственных объектах в РК |

Составил:

Заведующий испытательной
лабораторией НПС Тенгиз АО «КТК-К»



Б.Б. Джубаева